



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 сентября 2021 года № РЗН 2021/15149

На медицинское изделие
Стерилизатор стоматологический паровой

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Ви унд Ха Стерилизэйшн С.р.л.", Италия,
W&H STERILIZATION S.R.L., Via Bolgara 2, 24060, Brusaporto (Bergamo), Italy

Производитель
"Ви унд Ха Стерилизэйшн С.р.л.", Италия,
W&H STERILIZATION S.R.L., Via Bolgara 2, 24060, Brusaporto (Bergamo), Italy

Место производства медицинского изделия
W&H STERILIZATION S.R.L., Via Bolgara 2, 24060, Brusaporto (Bergamo), Italy

Номер регистрационного досье № РД-38805/105947 от 18.01.2021


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 08 сентября 2021 года № 8580
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0061501

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 сентября 2021 года № РЗН 2021/15149

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор стоматологический паровой, варианты исполнения:

I. Стерилизатор стоматологический паровой, вариант исполнения: Lara MED RIL-122, в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Lara MED RIL-122.
2. Поддон - 3 шт.
3. Стойка переворачиваемая - 1 шт.
4. Держатель поддона - 1 шт.
5. Кабель питания - 1 шт.
6. Трубка сливная - 1 шт.
7. USB-флеш накопитель - 1 шт.
8. Документация: инструкция по эксплуатации, декларация соответствия, гарантийный талон, рабочий протокол испытаний, лист обслуживания - 1 шт.
9. Дополнительная стойка для 3 кассет - 1 шт. (при необходимости).
10. Дополнительная стойка для 4 кассет - 1 шт. (при необходимости).
11. Дополнительная стойка для 2 кассет - 1 шт. (при необходимости).
12. Дополнительная стойка переворачиваемая для 6/3 алюминиевых поддонов - 1 шт. (при необходимости).
13. Дополнительная стойка переворачиваемая для 2 алюминиевых поддонов и для 3 широких алюминиевых поддонов - 1 шт. (при необходимости).
14. Защитный кронштейн Кат. № X051125X (при необходимости).
15. Комплект для сливной трубки с фитингами Кат. № A812110x.
16. Фильтр воздушный Кат. № W322400X (при необходимости).
17. Уплотнитель двери Кат. № F460504X (при необходимости).
18. Фильтр пылевой Кат. № F364511X (при необходимости).
19. Комплект расходных материалов для замены через 400-800 циклов Кат. № X050328X (при необходимости), в составе:

- уплотнитель двери - 1 шт.;
- фильтр пылевой - 2 шт.;
- фильтр воздушный - 2 шт.

II. Стерилизатор стоматологический паровой, вариант исполнения: Lara MED RIL-117, в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Lara MED RIL-117.
2. Поддон - 3 шт.
3. Стойка переворачиваемая - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0089157

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 сентября 2021 года № РЗН 2021/15149

Лист 2

4. Держатель поддона - 1 шт.
5. Кабель питания - 1 шт.
6. Трубка сливная - 1 шт.
7. USB-флеш накопитель - 1 шт.
8. Документация: инструкция по эксплуатации, декларация соответствия, гарантийный талон, рабочий протокол испытаний, лист обслуживания - 1 шт.
9. Дополнительная стойка для 3 кассет - 1 шт. (при необходимости).
10. Дополнительная стойка для 4 кассет - 1 шт. (при необходимости).
11. Дополнительная стойка для 2 кассет - 1 шт. (при необходимости).
12. Дополнительная стойка переворачиваемая для 6/3 алюминиевых поддонов - 1 шт. (при необходимости).
13. Защитный кронштейн Кат. № X051125X (при необходимости).
14. Комплект для сливной трубки с фитингами Кат. № A812110x (при необходимости).
15. Фильтр воздушный Кат. № W322400X (при необходимости).
16. Уплотнитель двери Кат. № F460504X (при необходимости).
17. Фильтр пылевой Кат. № F364511X (при необходимости).
18. Комплект расходных материалов для замены через 400-800 циклов Кат. № X050328X (при необходимости), в составе:
 - уплотнитель двери - 1 шт.;
 - фильтр пылевой - 2 шт.;
 - фильтр воздушный - 2 шт.
- III. Стерилизатор стоматологический паровой, вариант исполнения: Lara RIL-122, в составе:
 1. Стерилизатор стоматологический паровой Lara RIL-122.
 2. Поддон - 3 шт.
 3. Стойка переворачиваемая - 1 шт.
 4. Держатель поддона - 1 шт.
 5. Кабель питания - 1 шт.
 6. Трубка сливная - 1 шт.
 7. USB-флеш накопитель - 1 шт.
 8. Документация: инструкция по эксплуатации, декларация соответствия, гарантийный талон, рабочий протокол испытаний, лист обслуживания - 1 шт.
 9. Дополнительная стойка для 3 кассет - 1 шт. (при необходимости).
 10. Дополнительная стойка для 4 кассет - 1 шт. (при необходимости).
 11. Дополнительная стойка для 2 кассет - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0089158

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 сентября 2021 года № РЗН 2021/15149

Лист 3

12. Дополнительная стойка переворачиваемая для 6/3 алюминиевых поддонов - 1 шт. (при необходимости).
13. Дополнительная стойка переворачиваемая для 2 алюминиевых поддонов и для 3 широких алюминиевых поддонов - 1 шт. (при необходимости).
14. Защитный кронштейн Кат. № X051125X (при необходимости).
15. Комплект для сливной трубки с фитингами Кат. № A812110x (при необходимости).
16. Фильтр воздушный Кат. № W322400X (при необходимости).
17. Уплотнитель двери Кат. № F460504X (при необходимости).
18. Фильтр пылевой Кат. № F364511X (при необходимости).
19. Комплект расходных материалов для замены через 400-800 циклов Кат. № X050328X (при необходимости), в составе:
 - уплотнитель двери - 1 шт.;
 - фильтр пылевой - 2 шт.;
 - фильтр воздушный - 2 шт.
- IV. Стерилизатор стоматологический паровой, вариант исполнения: Lara RIL-117, в составе:
 1. Стерилизатор стоматологический паровой Lara RIL-117.
 2. Поддон - 3 шт.
 3. Стойка переворачиваемая - 1 шт.
 4. Держатель поддона - 1 шт.
 5. Кабель питания - 1 шт.
 6. Трубка сливная - 1 шт.
 7. USB-флеш накопитель - 1 шт.
 8. Документация: инструкция по эксплуатации, декларация соответствия, гарантийный талон, рабочий протокол испытаний, лист обслуживания - 1 шт.
 9. Дополнительная стойка для 3 кассет - 1 шт. (при необходимости).
 10. Дополнительная стойка для 4 кассет - 1 шт. (при необходимости).
 11. Дополнительная стойка для 2 кассет - 1 шт. (при необходимости).
 12. Дополнительная стойка переворачиваемая для 6/3 алюминиевых поддонов - 1 шт. (при необходимости).
 13. Защитный кронштейн Кат. № X051125X (при необходимости).
 14. Комплект для сливной трубки с фитингами Кат. № A812110x (при необходимости).
 15. Фильтр воздушный Кат. № W322400X (при необходимости).
 16. Уплотнитель двери Кат. № F460504X (при необходимости).
 17. Фильтр пылевой Кат. № F364511X (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0089159

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 08 сентября 2021 года № РЗН 2021/15149

Лист 4

18. Комплект расходных материалов для замены через 400-800 циклов
Кат. № X050328X (при необходимости), в составе:

- уплотнитель двери - 1 шт.;
- фильтр пылевой - 2 шт.;
- фильтр воздушный - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0089160